

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIM: 1  
**Tipo:** Modificatoria  
**Fecha:** 16/03/2023  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Privada 1/2023  
**Clase:** De etapa única nacional  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Expediente:** EXP : 5510/2022  
**Rubro comercial:** EQUIPOS  
**Objeto de la contratación:** Contratar la adquisición de equipos de laboratorio para la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires.

## DESCRIPCIÓN

Por medio de la presente se informa las modificaciones correspondientes a los siguientes renglones:  
Renglón 2: la capacidad que solicitan del Ultrafreezer -86, de 780 lts.  
La capacidad mínima que se podrá cotizar es de 500 litros.  
Renglón Nº 9 CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES: mano de obra y materiales necesarios para su correcta instalación en el Laboratorio de Físicoquímica (Gaucha Argentino 750, Junín Buenos Aires), de manera que pueda ser utilizada de inmediato.  
La instalación debe realizarse en planta baja, sobre mesada ya colocada.  
El laboratorio posee desagüe, debajo de la bacha de lavado que se encuentra ubicada al lado de la campana, evaluar a conveniencia el acceso al mismo, evitando el descarte derecho a bacha.  
Los servicios estarán disponibles al momento de la instalación.  
Ducto de venteo por pared trasera, agujerear al lado de la ventilación existente.  
Desde el exterior tienen acceso total con escalera.  
Las puertas de acceso al laboratorio, tienen suficiente amplitud para permitir el acceso para su instalación.  
Adjuntamos en formato pdf, un archivo con fotografías ilustrativas.

---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES