

ANEXO CONVOCATORIA

44/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Debe ser confeccionada en acero inoxidable calidad 304 de 2 mm de espesor. Requerimientos y tamaño exacto: 1150 mm ancho x 855 mm alto x 710 mm de profundidad, descarga por medio de codo con niple de 38,1 mm y base en acero inoxidable.	
2	Especificaciones y tamaño exacto. <ul style="list-style-type: none">• 4 patas de mesada de 500 mm cada una Material. <ul style="list-style-type: none">• acero inoxidable calidad 304 de 2 mm de caño 40 x 40	
3	Intercambiador de calor para descargas de autoclave por vapor modelo AVD-0250-000 Serie 258 ya instalado. Debe ser construido íntegramente de acero inoxidable, con mangueras de goma entelada, abulonado al piso, con conexión y cableado de válvula solenoide al sistema de control del equipo para la circulación de agua de red para enfriamiento.	