

ANEXO CONVOCATORIA

285/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Para proteger las condiciones ideales de las células, las recargas que preservan el nivel de litros de nitrógeno necesario de los tanques existentes serán realizadas aprox. cada 20 días, en horario y día a convenir con el técnico referente del laboratorio.</p> <p>El siguiente ítem debe contemplar también la posibilidad de recargas fuera de los días previstos, a razón de necesidades propias de los laboratorios de investigación (compra o traslado de células, toma de muestras fuera del ámbito Universitario, etc.)</p>	